（管理番号）
VF1707

FileMker入力	責任者	検査担当者
		坂　野

ターボポンプ動作確認チェックシート

検査日	2015年　1月　19日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ターボポンプ	電源電圧	3相 単相 200V W	冷却法	水冷
型式	FT-2200W	周波数	（50・60）Hz	ベアリングタイプ	磁気浮上
メーカー名	三菱重工	吸気フランジ	JIS-250	到達圧力	7.0×10^{-4} Pa
機械Ser,No	P・E-0145　C・E-0145	排気フランジ	NW-25		
製造年月	P・1997/6　C・1997/11	稼動時間	76,034H		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

※動作確認は、LOCALモードで行いました。

取扱説明書（有・無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造	作業者

File　Maker入力　（備考欄コメント）

動作（OK・NG）